



**AO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCANSO**

**Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2019.**

Senhor Pregoeiro,

A empresa LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.208.730/0001-21, com sede na Rua Achiles Tomazelli, nº 180E, bairro Centro, na cidade de Chapecó – SC, por intermédio de seu representante legal abaixo qualificado, vem, conforme permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria para tempestivamente apresentar

### ***RECURSO***

#### **Item 9:**

**ECG** digital de repouso, 12 derivações simultâneas, trabalhar em tempo real e com entrada do paciente isolada em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-25 e ou 60601-2-27; exportação dos dados de RR para cálculo da variabilidade da frequência cardíaca; conexão através da porta USB, correção automática da linha de base; compatível com redes locais; possuir medidas em tela; impressão da identidade cardíaca; salvamento dos exames em padrões compatíveis com a internet (JPG, BMP); filtros digitais: 60 HZ, variação da linha de base e muscular; proteção contra descarga de desfibriladores - classe de proteção BF conforme NBR - IEC 601-2-25 e ou 601-2-27; possuir no mínimo classe II de segurança elétrica do paciente; possibilidade de gravação do canal de ritmo. Deve ter a possibilidade de exportação de exames completos no formato de figuras que podem ser agregadas a outros softwares; impressão de traçados coloridos ou preto e branco; velocidades de 25 e 50 mm/s; variação de sensibilidade de 5,10 e 20 mm/mv; frequência de amostragem mínima de 500hz por canal; calibração do ECG a cada carga do software; 6 eletrodos precordiais, 4 clips eletrodos periféricos, 1 cabo de paciente, 01 cabo USB de conexão, acessórios e manuais de operação, manual do usuário em formato digital e manual de serviço incluindo todas as características técnicas necessárias ao bom funcionamento do equipamento todos em português.

#### **DOS FATOS**

A empresa MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ora vencedora do item 9, ofertou equipamento da Marca Bionet Modelo Cardiocare 2000, que NÃO ATENDE AO DESCRITIVO solicitado no edital que pede:




... possuir medidas em tela,

O modelo cotado pela empresa Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda não possui medidas em tela porque a tela LCD é apenas de 2 linhas para configuração dos dados do paciente. E não possui visualização do ECG em tempo real.

ID	NOME	IDADE	SEX

Já o modelo Cardio Touch 3000, ofertado por nossa empresa, possui tela LCD colorida de 4,3 polegadas com as medidas e gráficos na tela em tempo real.



O CardioTouch 3000 é um equipamento que, na função de eletrocardiógrafo interpretativo digital de doze canais simultâneos, permite realizar exames de eletrocardiograma em pacientes de qualquer idade ou peso. Possui programa de análise de ECG baseado no código Minnesota, podendo ser atualizado pelo computador, incorporando um banco de dados interno para pacientes adultos e pediátricos. O exame pode ser armazenado digitalmente, ou impresso em um relatório no formato A4, utilizando uma só tecla no modo automático, com registro da data e hora do exame, gráficos das doze derivações identificadas individualmente, sinal de calibração de 1mV, medidas complexas do eletrocardiograma, exibição opcional do resultado da análise, informação e aplicação dos filtros, além dos dados do paciente e a identificação do local do exame, permitindo um controle eficaz pela Instituição de Saúde, emitindo ainda um relatório opcional de parâmetros adicionais de todas as medidas em uma página extra, para análise mais criteriosa e ágil do diagnóstico clínico do paciente. No modo manual, os traçados de ECG são impressos imediatamente e em tempo real, através da tecla de ritmo, permitindo a monitoração contínua dos pacientes ou mesmo registro em uma única página em formato A4. A impressora térmica incorporada no próprio aparelho permite o uso de papel comum para fax, imprimindo o formato quadriculado no papel branco. **Possui ainda um teclado de membrana, e uma tela LCD colorida, sensível ao toque, que permite um teclado virtual e visualização imediata das configurações aplicadas, avisos de alarmes como o de detecção do eletrodo solto, além de monitorar as doze derivações simultâneas do ECG do paciente sem a necessidade de imprimir o exame.** Os exames realizados podem ser enviados diretamente ao computador, sem a necessidade de impressão no equipamento, ou armazenados na memória interna, que podem ser enviados posteriormente ao computador, por meio de rede ethernet, ou cabo USB, com o uso de um programa para computador, de modo que os exames possam ser armazenados eletronicamente



em formatos comumente utilizados (JPG, PDF, e DICOM/BMP), e impressos em qualquer impressora conectada a este computador.

Outro agravante é o valor cotado pela empresa Maxi Distribuidora de produtos Hospitalares Ltda, bem acima do valor de mercado para o equipamento Cardiocare 2000, em pesquisa na internet o valor médio do equipamento é de R\$ 7.013,75, sendo que o CardioTuch 3000 a média de preço é de R\$ 12.279,13. (segue anexo cotações). Caracterizando super faturamento para o produto cotado.

Sendo assim a empresa não ofertou equipamento de acordo com o edital, restando na sua desclassificação.

Salientamos que ao apresentar a proposta de preços, declaramos que atendemos a todas as exigências do edital, especificação e documentação. Nossa empresa apresentou o equipamento que atende na íntegra o descritivo do edital com preço compatível. Acreditamos que essa comissão fará um julgamento com base no descritivo do edital, visando adquirir um equipamento de alta tecnologia que realizará diagnósticos corretos e precisos.

Segue anexo documentos que comprovam o item em desacordo.

Em face do exposto, requer-se seja DESCLASSIFICADA no item 9 a empresa MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA por não atender ao edital.

Requer:

Seja dada providência ao presente recurso, pela Comissão de Licitações por ser um princípio de justiça.

Nestes termos,

Pede-se Deferimento.

LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA

Chapecó – SC, 05 de Abril de 2019.

Sócio - Administrador

**NELSON JOSE DE LIMA**

**SÓCIO/ADMINISTRADOR**

**LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

07.208.730/0001-21  
LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES EIRELI - EPP  
Rua Achiles Tomazelli, 180 E  
Centro CEP: 89.812-140  
CHAPECÓ - SC